


# Neusmaagsonde



## Rapporteer altijd:

- Inbrengdiepte
- Charrière
- pH uitslag

Auscultatie mag in geen enkel geval meer gebruikt

Gebruik **ALTIJD** de pH meting of een röntgenfoto

## Nog belangrijk:

- Limonadetest is toegevoegd aan protocol
- Maximale tijd dat de hevelsonde (maximaal 7 dagen) en voedingssonde (maximaal 29 dagen) in situ mogen zitten!
- Denk ook aan visuele inspectie

[Kennisplein](#)

Meer informatie kijk op ODIN of Kennisplein  
ODIN 000132 (volwassenen)  
ODIN 055137 (kinderen)  
ODIN 022141 (neonaten)

