


Hevelsonde



Rapporteer altijd:

- Inbrengdiepte
- Charrière
- pH uitslag

SAP in beloop 'NMS' F4

Controle Ligging

Alleen met
pH strip of
röntgenfoto

Wisselen

Maximaal
7 dagen in
situ per
sonde

Dikte

Charrière
14 of 16

I.v.m. de hulpstoffen (PVC) in de sonde

- Bij voorkeur GEEN sondevoeding toedienen via hevelsonde
- Voorzichtig met medicatie via hevelsonde (overleg apotheek)
- Niet alle medicijnen mogen tegelijk gemalen door sonde (check oralia)

Meer informatie ODIN 000132



www.oralia.nl